
TECHNISCHES DATENBLATT

210000

Material:	Kunststoff / Papier, weiß / blau
Sonstiges:	EN 867, EN ISO 11140
Verpackungseinheit:	1 Stück



Beschreibung

Helix-Test für die Dampfsterilisation, Kunststoff, weiß / blau, Papier, weiß, Dampfdurchdringungstest für Hohlkörper zur Sterilisationsprozesskontrolle, entspricht den technischen Normen EN 867-5 und EN ISO 11140-1 Typ 2, Benutzung im Autoklaven für 3,5 Minuten bei 134° C, Set bestehend aus einem Prüfkörper und 100 Indikatorstreifen je Packung

MCD Medical Care Dental GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 7 | 50181 Bedburg | Germany | Geschäftsführer / Managing Director: Maria Baric, Markus Seiler | HRB 83971 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE299692222
+49 2272 401 111 info@nitras-medical.com www.nitras-medical.com